

基隆市自動體外心臟電擊去顫器（AED）設置場所查檢自評表

一、基本資料

日期： 年 月 日

場所資訊	場所名稱		總員工數	
	場所網址		受過 AED 相關訓練 員工數	
	負責人 姓名		場所電話	
管理員資訊	管理員 姓名		電子信箱	
	管理員 連絡電話		/	
AED 地點 資訊	AED 放置 地點		開放 使用時間	
AED 產品 資訊	經銷商 名稱		經銷商 聯絡電話	
	AED 設置日期		廠牌	
	型號		序號	
	保固 期限		/	
備註欄：				

AED 管理人簽章：

基隆市自動體外心臟電擊去顫器（AED）設置場所查檢自評表

二、自評事項

項次	項目	內 容	是	否	備註
1	AED 資訊	AED 置放於場所內明顯、方便取得使用之處。			
2		於場所平面圖上標示 AED 位置，重要入口、AED 置放處設有明顯標示。			
3		附有 AED 操作程序。			
4		AED 有保護外框且外框完整。			
5		AED 保護外框之警報及警鈴功能正常可運作			
6		是否為安心認證場所			
7		是否每年對場所員工進行 CPR+AED 訓練複訓 ※若選”是”請附最近一次訓練佐證資料或圖片			
8		AED 電池使用期限(民國年/月/日) ※請附佐證資料或圖片			
9		AED 電擊貼片使用期限(民國年/月/日) ※請附佐證資料或圖片			
10		最近一次 AED 經銷商進行機器定期維護保養時間 (民國年/月/日) ※請附佐證資料或圖片			
11	管理 員及 設備 維護 相關	熟知 AED 新裝設、異動、廢除時進行資訊登錄			
12		是否依 AED 各廠牌建議定期檢查 AED 狀態指示燈顯示是否為正常、保持待機可用狀態、外表是否出現異狀，記錄其檢查結果並至少保存檢查結果 2 年。			
13		熟知使用 AED 急救結束，應補充當次耗材並填寫 AED 使用紀錄表，於急救事件結束 7 日內郵寄衛福部備查，副知衛生局及在衛生福利部公共場所 AED 急救資訊網上傳使用紀錄。			
14		管理員最近一次接受 AED 相關訓練日期(民國年/月/日) ※請附佐證資料或圖片			

110.11.22 版

電子郵件回傳：y01095@mail.klcg.gov.tw

郵寄資訊：201015 基隆市信二路 266 號 基隆市衛生局醫政科 林先生收

聯絡電話：2423-0181#1507 林先生